Lingettes Désinfectantes - Boite De 120

Référence : G3280009



DESCRIPTION :

Boîte distributrice de 120
lingettes imprégnées d'une solution
désinfectante à action rapide.

Utile en période de virus afin de désinfecter
des surfaces et des dispositifs médicaux.

INFORMATION PRODUIT

Boîte distributrice de 120 lingettes désinfectantes. Ces lingettes vous permettent de désinfecter des surfaces et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...).

Caractéristiques :

- **Composition :**
  - Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 550 mg/g)
  - Propionate d'ammonium quaternaire (N°CAS 94667-33-1: 1,1 mg/g)
  - Parfum
  - Excipients
- **Propriétés microbiologiques :**
  - **Bactéries** : EN 1040, EN13727, EN 14561, EN13697. SARM selon EN 14561, Acinetobacter baumannii selon EN 13697 : 30 secondes.
  - **Mycobactéries** : Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563 : 30 secondes.
  - **Mycobactérium avium** : EN 14348, EN 14563 : 5mn
  - **Levures** : Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697 : 30 secondes
  - **Moisissure** : Trycophyton mentogrophytes selon EN 14562 en 30 secondes.
  - **Aspergillus niger** : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697 : 5 mn.
  - **Virus** : **Coronavirus**, Adenovirus, HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia

virus* Herpes-virus, Rotavirus, Influenza virus A (H1N1) : 30 secondes.
- **Calcivirus Felin MNV** : 5 mn.

Comment bien les utiliser ?

Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Le **rinçage est inutile** sauf si la surface ou le dispositif médical entrent en contact avec la peau ou les muqueuses.

Répéter l'application chaque fois que nécessaire ou se référer au plan d'hygiène en place.

Bien **refermer l'emballage** après chaque ouverture afin de garder les propriétés des lingettes.

Ne pas réutiliser une lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie.

Vérifier avant application la compatibilité des surfaces ou des dispositifs médicaux **traités avec l'alcool**.

Mettre hors tension les appareils électriques à désinfecter.

Dangereux : respectez les précautions d'emploi établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Dispositif médical de classe IIa.